



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-235
Šarža	LOT	03 03 22
Dátum výroby		25.03.2022
Dátum expirácie		25.09.2022

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,070		0,011	
5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,291		0,311	
10 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,491		0,557	
20 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,803		0,885	
40 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,221		1,207	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,655		1,521	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,152	2,14
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	32 ± 6	1,024	29,23

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,012	0,12
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	27 ± 5	1,037	27,52

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.4 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.03.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131