






OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-G **semikvantitatívna**

Katalógové číslo	REF	E-245 SE
Šarža	LOT	04 04 22
Dátum výroby		25.04.2022
Dátum expirácie		25.01.2023

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,169
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,718
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,896

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č.32 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.04.2022

Vedúca výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

