



OSVEDČENIE O SÚPRAVE



ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-G

Katalógové číslo	REF	E-232
Šarža	LOT	04 04 22
Dátum výroby		25.04.2022
Dátum expirácie		25.04.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgG	
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0	U.ml ⁻¹	CAL 1	0,011
5	U.ml ⁻¹	CAL 2	0,285
10	U.ml ⁻¹	CAL 3	0,508
20	U.ml ⁻¹	CAL 4	0,878
40	U.ml ⁻¹	CAL 5	1,302
80	U.ml ⁻¹	CAL 6	1,771

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,212	3,50
pozitívna 	30 ± 6	1,122	29,84

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 30, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.04.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131

K210225YD

