



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	REF	E-233
Šarža	LOT	04 04 22
Dátum výroby		25.04.2022
Dátum expirácie		25.10.2022

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,044
5 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,262
10 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,434
20 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,732
40 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,102
80 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,630

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,186	3,09
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	32 ± 6	0,938	29,97

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.04.2022

Vedúca výrobného oddelenia:

*Mihalikova*

Preveril:

*Tatár*

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L210225CD

