



OSVEDČENIE O SÚPRAVE



ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-G

Katalógové číslo	REF	E-234
Šarža	LOT	04 04 22
Dátum výroby		25.04.2022
Dátum expirácie		25.10.2022

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgG
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	CAL 1	0,005
5 U.ml ⁻¹	CAL 2	0,396
10 U.ml ⁻¹	CAL 3	0,690
20 U.ml ⁻¹	CAL 4	1,037
40 U.ml ⁻¹	CAL 5	1,395
80 U.ml ⁻¹	CAL 6	1,707

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,224	2,56
pozitívna 	27 ± 5	1,167	25,67

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 3, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.04.2022

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalová

Preveril:

Harmon

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L210225TD

