



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-348
Šarža	LOT	04 04 22
Dátum výroby		25.04.2022
Dátum expirácie		25.01.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,007	0,005
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,214	0,334
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,379	0,580
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,724	0,893
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,188	1,305
100 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,755	1,704

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 10	0,103	2,48
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	49 ± 10	1,133	46,28

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 18	0,066	0,910
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	47 ± 9	1,275	47,56

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.04.2022

Vedúca výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

