

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-CANDIDA-II-A

Katalógové číslo	REF	E-351
Šarža	LOT	04 04 22
Dátum výroby		25.04.2022
Dátum expirácie		25.04.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgA
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	CAL 1	0,006
6,25 U.ml ⁻¹	CAL 2	0,338
12,5 U.ml ⁻¹	CAL 3	0,621
25 U.ml ⁻¹	CAL 4	0,951
50 U.ml ⁻¹	CAL 5	1,333
100 U.ml ⁻¹	CAL 6	1,670

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 8	0,255	4,64
pozitívna 	42 ± 8	1,155	36,081

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.26 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.04.2022

Vedúca výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:



T210225CD

