



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-246
Šarža	LOT	05 05 22
Dátum výroby		24.05.2022
Dátum expirácie		24.02.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,010	0,009		
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,221	0,445		
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,407	0,751		
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,648	1,183		
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,076	1,567		
100 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,618	1,928		

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,043	1,11
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	34 ± 7	0,760	31,14

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,187	2,03
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	29 ± 6	1,246	27,72

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.23 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.05.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131