

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-KAZEÍN-A

Katalógové číslo	REF	E-250
Šarža	LOT	05 05 22
Dátum výroby		24.05.2022
Dátum expirácie		24.02.2023

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,138
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,697
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,690

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 8, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.05.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Q210605SE

