

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	REF	E-233
Šarža	LOT	06 06 22
Dátum výroby		21.06.2022
Dátum expirácie		21.12.2022

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgA
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹ 	0,040
5	U.ml ⁻¹ 	0,213
10	U.ml ⁻¹ 	0,404
20	U.ml ⁻¹ 	0,643
40	U.ml ⁻¹ 	1,012
80	U.ml ⁻¹ 	1,535

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,152	3,56
pozitívna 	28 ± 6	0,766	26,17

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.06.2022

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

Tatár

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L210913CF

