

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-G

Katalógové číslo	REF	E-234
Šarža	LOT	06 06 22
Dátum výroby		21.06.2022
Dátum expirácie		21.12.2022

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgG
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹	CAL 1	0,006
5	U.ml ⁻¹	CAL 2	0,383
10	U.ml ⁻¹	CAL 3	0,683
20	U.ml ⁻¹	CAL 4	1,025
40	U.ml ⁻¹	CAL 5	1,357
80	U.ml ⁻¹	CAL 6	1,622

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,199	2,40
pozitívna 	32 ± 6	1,231	30,38

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 3, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.06.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L210913TF

