



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-235
Šarža	LOT	06 06 22
Dátum výroby		21.06.2022
Dátum expirácie		21.12.2022

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,040		0,006	
5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,213		0,383	
10 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,404		0,683	
20 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,643		1,025	
40 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,012		1,357	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,535		1,622	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,152	3,56
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	28 ± 6	0,766	26,17

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,199	2,40
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	32 ± 6	1,231	30,38

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.4 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.06.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131