



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-246
Šarža	LOT	07 07 22
Dátum výroby		21.07.2022
Dátum expirácie		21.04.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,007		0,007	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,215		0,387	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,407		0,619	
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,709		1,015	
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,178		1,448	
100 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,676		1,772	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,027	0,72
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	34 ± 7	0,774	27,95

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,111	0,93
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	29 ± 6	1,113	29,00

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.23 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.07.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131