









OSVEDČENIE O SÚPRAVE



ELISA-anti-MILK-M

Katalógové číslo	REF	E-241
Šarža	LOT	07 07 22
Dátum výroby		21.07.2022
Dátum expirácie		21.04.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ 	0,007	
6,25 U.ml ⁻¹ 	0,148	
12,5 U.ml ⁻¹ 	0,303	
25 U.ml ⁻¹ 	0,647	
50 U.ml ⁻¹ 	1,139	
100 U.ml ⁻¹ 	1,424	

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,095	4,02
pozitívna 	28 ± 6	0,738	28,54

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.22 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.07.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131