



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A-200

| | | |
|------------------|---|------------|
| Katalógové číslo | REF | E-244/200 |
| Šarža | LOT | 07 07 22 |
| Dátum výroby |  | 21.07.2022 |
| Dátum expirácie |  | 21.04.2023 |

Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy | protilátky anti IgA | |
|--|---------------------------------|--|
| | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | |
| 0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/> | 0,005 | |
| 6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/> | 0,100 | |
| 12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/> | 0,187 | |
| 25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/> | 0,371 | |
| 50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/> | 0,636 | |
| 200 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/> | 1,603 | |

Protilátky triedy IgA

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹ | Absorbancia pri 450 a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml ⁻¹ |
|---|--|------------------------------|-------------------------------------|
| negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/> | < 9 | 0,011 | 0,49 |
| pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/> | 34 ± 7 | 0,456 | 31,83 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.5 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.07.2022

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

[Signature]

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O211222UG

