



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-348
Šarža	LOT	07 07 22
Dátum výroby		21.07.2022
Dátum expirácie		21.04.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,012	0,005
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,228	0,247
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,425	0,466
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,730	0,831
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,227	1,265
100 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,871	1,635

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 10	0,121	3,19
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	52 ± 10	1,221	49,69

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 18	0,328	8,49
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	49 ± 10	1,277	50,95

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.07.2022

Vedúca výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

