






## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-LAKTÓZA-II-G

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| Katalógové číslo | REF   | E-471      |
| Šarža            | LOT   | 07 07 22   |
| Dátum výroby     |  | 21.07.2022 |
| Dátum expirácie  |  | 21.04.2023 |

| Parametre výstupnej kontroly  | Absorbancia 450 nm a 630 nm         |          |
|---|-------------------------------------|----------|
|   | norma                               | Nameraná |
| kontrolná vzorka negatívna           | do 0,500                            | 0,091    |
| kontrolná vzorka cut off (hraničná)  | min. 2 x kontrolná vzorka negatívna | 0,680    |
| kontrolná vzorka pozitívna           | min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off | 1,647    |

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 13, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.07.2022

Vedúca výrobného oddelenia:

*Mihalová*  
**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

*Jan*

W211222YG

