






OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-SÓJA-G

Katalógové číslo	REF	E-391
Šarža	LOT	07 07 22
Dátum výroby		21.07.2022
Dátum expirácie		21.04.2023

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,213
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,633
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,345

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 17, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.07.2022

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

Tavim

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131

AD211222AG

