



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-G

Katalógové číslo	REF	E-232
Šarža	LOT	07 07 22
Dátum výroby		21.07.2022
Dátum expirácie		21.07.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgG
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,009
5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,271
10 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,505
20 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,833
40 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,307
80 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,732

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,194	3,51
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	31 ± 6	1,125	31,02

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 30, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.07.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131

K211222YG

