






## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-SÓJA-G

Katalógové číslo	REF	E-391
Šarža	LOT	08 08 22
Dátum výroby		23.08.2022
Dátum expirácie		23.05.2023

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,164
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,711
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,377

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 17, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.08.2022

Vedúca výrobného oddelenia:

*Mihalikova*

Preveril:

*Jaroslav*

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE (1)  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

AD220401AH

