

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	REF	E-233
Šarža	LOT	09 09 22
Dátum výroby		23.09.2022
Dátum expirácie		23.03.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgA
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹	CAL 1	0,042
5	U.ml ⁻¹	CAL 2	0,223
10	U.ml ⁻¹	CAL 3	0,416
20	U.ml ⁻¹	CAL 4	0,690
40	U.ml ⁻¹	CAL 5	1,072
80	U.ml ⁻¹	CAL 6	1,636

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,205	4,57
pozitívna 	33 ± 7	0,936	32,17

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.09.2022

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

Harmon

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L170710CI

