

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-235
Šarža	LOT	09 09 22
Dátum výroby		23.09.2022
Dátum expirácie		23.03.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0	U.ml ⁻¹ 	0,042	0,008
5	U.ml ⁻¹ 	0,223	0,265
10	U.ml ⁻¹ 	0,416	0,498
20	U.ml ⁻¹ 	0,690	0,854
40	U.ml ⁻¹ 	1,072	1,226
80	U.ml ⁻¹ 	1,636	1,585

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,205	4,57
pozitívna 	33 ± 7	0,936	32,17

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,255	4,800
pozitívna 	32 ± 6	1,095	31,10

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.4 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.09.2022

Vedúca výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

