






OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-SÓJA-G

Katalógové číslo	REF	E-391
Šarža	LOT	10 10 22
Dátum výroby		24.10.2022
Dátum expirácie		24.07.2023

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,194
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,740
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,308

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 17, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.10.2022

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

Tavim

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131

AD171018AK

