



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A

Katalógové číslo	REF	E-231
Šarža	LOT	10 10 22
Dátum výroby		24.10.2022
Dátum expirácie		24.10.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,027	
5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,184	
10 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,358	
20 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,689	
40 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,153	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,784	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,085	2,24
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	29 ± 6	0,940	29,76

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 29, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.10.2022

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova
BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

Janina

K171018UK

