



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-230
Šarža	LOT	10 10 22
Dátum výroby		24.10.2022
Dátum expirácie		24.10.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,027		0,010	
5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,184		0,341	
10 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,358		0,619	
20 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,689		1,018	
40 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,153		1,372	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,784		1,721	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,085	2,24
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	29 ± 6	0,940	29,76

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,342	5,02
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	30 ± 6	1,250	30,97

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.31 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.10.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131