



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-348
Šarža	LOT	10 10 22
Dátum výroby		24.10.2022
Dátum expirácie		24.07.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 1	0,018	0,007
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 2	0,223	0,230
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 3	0,417	0,438
25 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 4	0,737	0,767
50 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 5	1,173	1,148
100 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 6	1,757	1,534

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 10	0,135	3,61
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	52 ± 10	1,247	55,31

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 18	0,315	8,72
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	49 ± 10	1,116	47,22

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.10.2022

Vedúca výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

