



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-CANDIDA-II-G

Katalógové číslo	REF	E-352
Šarža	LOT	10 10 22
Dátum výroby		24.10.2022
Dátum expirácie		24.10.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,014	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,631	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	1,039	
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	1,302	
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,450	
100 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,612	

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 12	0,359	3,112
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	40 ± 8	1,407	40,352

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.26 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.10.2022

Vedúca výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 K O Š I C E
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:



R171018AK

