

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- β -LAKTOGLOBULÍN-II-G

Katalógové číslo	REF	E-461
Šarža	LOT	11 11 22
Dátum výroby		25.11.2022
Dátum expirácie		25.08.2023

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,151
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,693
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,321

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 11, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.11.2022

Vedúca výrobného oddelenia: 

Preveril: 

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

T180126XL

