

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	REF	E-233
Šarža	LOT	11 11 22
Dátum výroby		25.11.2022
Dátum expirácie		25.05.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgA
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹ 	0,048
5	U.ml ⁻¹ 	0,224
10	U.ml ⁻¹ 	0,366
20	U.ml ⁻¹ 	0,674
40	U.ml ⁻¹ 	1,005
80	U.ml ⁻¹ 	1,518

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,226	5,07
pozitívna 	33 ± 7	0,886	31,37

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.11.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L180126CL

