

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-G

Katalógové číslo	REF	E-234
Šarža	LOT	11 11 22
Dátum výroby		25.11.2022
Dátum expirácie		25.05.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgG
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹	CAL 1	0,006
5	U.ml ⁻¹	CAL 2	0,280
10	U.ml ⁻¹	CAL 3	0,652
20	U.ml ⁻¹	CAL 4	1,014
40	U.ml ⁻¹	CAL 5	1,318
80	U.ml ⁻¹	CAL 6	1,563

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,330	5,65
pozitívna 	32 ± 6	1,232	32,49

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 3, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.11.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L180126TL

