



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-348
Šarža	LOT	12 12 22
Dátum výroby		19.12.2022
Dátum expirácie		19.09.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,011	0,008
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,170	0,285
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,343	0,533
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,640	0,908
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,011	1,284
100 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,442	1,607

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 10	0,110	4,08
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	49 ± 9	1,001	49,07

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 18	0,405	9,17
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	48 ± 9	1,309	52,70

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.12.2022

Vedúca výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

