



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-G

Katalógové číslo	REF	E-245
Šarža	LOT	12 12 22
Dátum výroby		19.12.2022
Dátum expirácie		19.09.2023

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 1"/>	0,005	
6,25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 2"/>	0,281	
12,5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 3"/>	0,510	
25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 4"/>	0,792	
50 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 5"/>	1,118	
100 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 6"/>	1,491	

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,092	1,8
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	29 ± 6	0,931	33,99

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.7 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.12.2022

Vedúca výrobného oddelenia:

*Mihalikova*

Preveril:

*Janina*

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O180506YM

