

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-KAZEÍN-G

Katalógové číslo	REF	E-251
Šarža	LOT	12 12 22
Dátum výroby		19.12.2022
Dátum expirácie		19.09.2023

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,055
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,629
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,332

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 9, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.12.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Q180506WM

