



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-G

Katalógové číslo	REF	E-232
Šarža	LOT	12 12 22
Dátum výroby		19.12.2022
Dátum expirácie		19.12.2023

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy		protilátky anti IgG
		Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,009
5 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,364
10 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,654
20 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,997
40 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,403
80 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,778

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,276	3,69
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	32 ± 6	1,243	30,63

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 30, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.12.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE (1)  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

K180506YM

