



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-230
Šarža	LOT	12 12 22
Dátum výroby		19.12.2022
Dátum expirácie		19.12.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,036		0,009	
5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,270		0,364	
10 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,469		0,654	
20 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,810		0,997	
40 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,388		1,403	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	2,040		1,778	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,119	1,81
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	31 ± 6	1,108	29,45

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,276	3,69
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	32 ± 6	1,243	30,63

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.31 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.12.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131