









OSVEDČENIE O SÚPRAVE



ELISA-anti-MILK-II-A

Katalógové číslo	REF	E-244
Šarža	LOT	01 01 23
Dátum výroby		23.01.2023
Dátum expirácie		23.10.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ 	0,007	
6,25 U.ml ⁻¹ 	0,195	
12,5 U.ml ⁻¹ 	0,364	
25 U.ml ⁻¹ 	0,671	
50 U.ml ⁻¹ 	1,072	
100 U.ml ⁻¹ 	1,517	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,023	0,57
pozitívna 	29 ± 6	0,746	28,67

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.5 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.01.2023

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O200502UA

