



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| Katalógové číslo | REF   | E-233      |
| Šarža            | LOT   | 01 01 23   |
| Dátum výroby     |  | 23.01.2023 |
| Dátum expirácie  |  | 23.07.2023 |

#### Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy             | protilátky anti IgA                |       |
|-----------------------|------------------------------------|-------|
|                       | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm    |       |
| 0 U.ml <sup>-1</sup>  | <input type="text" value="CAL 1"/> | 0,048 |
| 5 U.ml <sup>-1</sup>  | <input type="text" value="CAL 2"/> | 0,241 |
| 10 U.ml <sup>-1</sup> | <input type="text" value="CAL 3"/> | 0,459 |
| 20 U.ml <sup>-1</sup> | <input type="text" value="CAL 4"/> | 0,742 |
| 40 U.ml <sup>-1</sup> | <input type="text" value="CAL 5"/> | 1,159 |
| 80 U.ml <sup>-1</sup> | <input type="text" value="CAL 6"/> | 1,559 |

#### Protilátky triedy IgA

| Kontrolné vzorky                                | Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup> | Absorbancia pri 450 a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup> |
|---|--|------------------------------|-------------------------------------|
| negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/> | < 9                                    | 0,255                        | 5,290                               |
| pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/> | 33 ± 7                                 | 1,035                        | 33,01                               |

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.01.2023

Vedúca výrobného oddelenia:

*Mihalikova*

Preveril:

*Tatár*

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L200502CA

