

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-G

Katalógové číslo	REF	E-234
Šarža	LOT	01 01 23
Dátum výroby		23.01.2023
Dátum expirácie		23.07.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgG
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹	CAL 1	0,009
5	U.ml ⁻¹	CAL 2	0,361
10	U.ml ⁻¹	CAL 3	0,651
20	U.ml ⁻¹	CAL 4	0,968
40	U.ml ⁻¹	CAL 5	1,272
80	U.ml ⁻¹	CAL 6	1,534

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,317	4,33
pozitívna 	32 ± 6	1,141	29,46

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 3, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.01.2023

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L200502TA

