



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-G

Katalógové číslo	REF	E-245
Šarža	LOT	02 02 23
Dátum výroby		22.02.2023
Dátum expirácie		22.11.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,006	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,418	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,661	
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	1,075	
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,389	
100 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,635	

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,102	0,67
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	30 ± 6	1,159	29,03

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.7 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.02.2023

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

Janina

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O200810YB

