

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-A-200

|                  |                                                                                   |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Katalógové číslo | REF                                                                               | E-244/200  |
| Šarža            | LOT                                                                               | 02 02 23   |
| Dátum výroby     |  | 22.02.2023 |
| Dátum expirácie  |  | 22.11.2023 |

#### Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy               | protilátky anti IgA                                                                 |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                         | Absorbancia<br>pri 450 nm a 630 nm                                                  |       |
| 0 U.ml <sup>-1</sup>    |    | 0,008 |
| 6,25 U.ml <sup>-1</sup> |   | 0,138 |
| 12,5 U.ml <sup>-1</sup> |  | 0,241 |
| 25 U.ml <sup>-1</sup>   |  | 0,425 |
| 50 U.ml <sup>-1</sup>   |  | 0,742 |
| 200 U.ml <sup>-1</sup>  |  | 1,623 |

#### Protilátky triedy IgA

| Kontrolné vzorky                                                                              | Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup> | Absorbancia pri 450 a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| negatívna  | < 9                                    | 0,022                        | 0,61                                |
| pozitívna  | 29 ± 6                                 | 0,520                        | 31,86                               |

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.5 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.02.2023

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O200810UB

