

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-OVALBUMÍN-G

Katalógové číslo	REF	E-381
Šarža	LOT	02 02 23
Dátum výroby		22.02.2023
Dátum expirácie		22.08.2023

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,101
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,689
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,390

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 15, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.02.2023

Vedúca výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:



N200810VB

