






## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-SÓJA-A

Katalógové číslo	REF	E-390
Šarža	LOT	02 02 23
Dátum výroby		22.02.2023
Dátum expirácie		22.11.2023

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,114
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,652
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,775

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 16, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.02.2023

Vedúca výrobného oddelenia:

*Mihalikova*

Preveril:

*Jaroslav*

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

AC200810WB

