



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-CANDIDA-II-M

Katalógové číslo	REF	E-353
Šarža	LOT	02 02 23
Dátum výroby		22.02.2023
Dátum expirácie		22.02.2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,013	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,219	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,428	
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,663	
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,119	
100 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,625	

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 12	0,192	5,522
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	40 ± 8	0,901	37,422

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.26 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.02.2023

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

Stavre

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 K O Š I C E
tel.: 055/633 6753, 622 8131

R200810RB

