









OSVEDČENIE O SÚPRAVE



ELISA-anti-MILK-III-M

Katalógové číslo	REF	E-241
Šarža	LOT	03 03 23
Dátum výroby		24.03.2023
Dátum expirácie		24.12.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ 	0,006	
6,25 U.ml ⁻¹ 	0,319	
12,5 U.ml ⁻¹ 	0,614	
25 U.ml ⁻¹ 	1,064	
50 U.ml ⁻¹ 	1,494	
100 U.ml ⁻¹ 	1,943	

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,129	2,44
pozitívna 	28 ± 6	1,119	27,12

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.22 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.03.2023

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131