



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-230
Šarža	LOT	03 03 23
Dátum výroby		24.03.2023
Dátum expirácie		24.03.2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 1"/>	0,019		0,007	
5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 2"/>	0,157		0,287	
10 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 3"/>	0,315		0,495	
20 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 4"/>	0,601		0,785	
40 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 5"/>	1,078		1,210	
80 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 6"/>	1,763		1,486	

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,066	2,12
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	28 ± 6	0,779	26,87

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,256	4,34
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	30 ± 6	1,028	29,92

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.31 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.03.2023

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131