

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-235
Šarža	LOT	03 03 23
Dátum výroby		24.03.2023
Dátum expirácie		24.09.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0	U.ml ⁻¹		0,101	0,013
5	U.ml ⁻¹		0,258	0,403
10	U.ml ⁻¹		0,465	0,668
20	U.ml ⁻¹		0,725	0,993
40	U.ml ⁻¹		1,112	1,378
80	U.ml ⁻¹		1,552	1,609

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,263	5,10
pozitívna 	30 ± 6	0,933	29,83

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,362	4,35
pozitívna 	31 ± 6	1,255	31,70

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.4 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.03.2023

Vedúca výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

