






OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-SÓJA-II-A

Katalógové číslo	REF	E-490
Šarža	LOT	04 04 23
Dátum výroby		24.04.2023
Dátum expirácie		24.01.2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,113
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,692
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,768

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 16, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.04.2023

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

Jaroslav

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

AC210226WD

