



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-246
Šarža	LOT	05 05 23
Dátum výroby		23.05.2023
Dátum expirácie		23.02.2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 1	0,011		0,005	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 2	0,254		0,463	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 3	0,463		0,785	
25 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 4	0,794		1,124	
50 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 5	1,308		1,530	
100 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 6	1,749		1,819	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 9	0,038	0,75
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	29 ± 6	0,933	30,77

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 9	0,108	1,07
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	29 ± 6	1,295	33,65

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.23 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.05.2023

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
 výrobné družstvo, Košice
 Garbiarska 2
 040 01 KOŠICE ☎
 tel.: 055/633 6753, 622 8131