



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-ASCA-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-348
Šarža	LOT	05 05 23
Dátum výroby		23.05.2023
Dátum expirácie		23.02.2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 1"/>	0,012	0,008
6,25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 2"/>	0,204	0,287
12,5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 3"/>	0,405	0,532
25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 4"/>	0,681	0,924
50 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 5"/>	1,157	1,343
100 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 6"/>	1,594	1,660

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 10	0,132	4,14
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	48 ± 10	1,129	48,13

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 18	0,433	9,90
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	53 ± 10	1,313	47,25

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.05.2023

Vedúca výrobného oddelenia:

*Mihalilova*  
**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

*[Signature]*