



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A

Katalógové číslo	REF	E-231
Šarža	LOT	06 06 23
Dátum výroby		23.06.2023
Dátum expirácie		23.06.2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,035
5 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,217
10 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,393
20 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,698
40 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,093
80 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,834

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,124	2,61
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	29 ± 6	0,948	32,08

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 29, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.06.2023

Vedúca výrobného oddelenia:

*Mihalová*

Preveril:

*Šturm*

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

K210914UF

